

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 25/D/ApBad/2023****Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiału referencyjnego do badań jakościowych materiałów bateryjnych, zgodnie z tabelą poniżej.

Lp.	Nazwa/opis
1	Próbka proszku katodowego o średnicy cząstki d50 1-2um oraz rozwinięciu powierzchni BET 10-15m ² /g, jakości bateryjnej, ilość min. 0.1kg
2	Próbka proszku katodowego o średnicy cząstki d50 5-15um oraz rozwinięciu powierzchni BET 0.1-1m ² /g, jakości bateryjnej, ilość min. 0.1kg
3	Próbka proszku anodowego o średnicy cząstki d50 0.5-5.0um oraz rozwinięciu powierzchni BET 15-20m ² /g, jakości bateryjnej, ilość min. 0.025kg
4	Próbka proszku katodowego o średnicy cząstki d50 20-30um oraz rozwinięciu powierzchni BET 0.2-1.2m ² /g, jakości bateryjnej, ilość min. 0.1kg
5	Próbka proszku katodowego o średnicy cząstki d50 8-12um oraz rozwinięciu powierzchni BET 0.2-0.5m ² /g, jakości bateryjnej, ilość min. 0.1kg
6	Próbka proszku anodowego o średnicy cząstki d50 15-20 oraz rozwinięciu powierzchni BET 1.0-1.7, jakości bateryjnej, ilość min. 0.025kg
7	1 mol roztwór elektrolitu LiPF ₆ w rozpuszczalnikach organicznych, o przewodnictwie elektrycznym 7.5 +/- 1 mS/cm, jakości bateryjnej i gęstości 1.20±0.05 g/ml w temp. 25 st. C