



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 31/D/ApBad/2023

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa miernika pomiaru zawartości faz dla przepływów dwufazowych

Miernik powinien umożliwiać zabudowanie na odcinku pomiarowym rury z tworzywa sztucznego

Parametry przetwornika pojemności (miernika zawartości fazy):

Zakres pomiarowy	4 pF lub więcej
Dokładność co najmniej	4 fF
Czas pomiaru co najmniej w zakresie	10-100 ms
Średnica rury pomiarowej co najmniej	od 15mm - do 6000mm
Temperatura cieczy co najmniej w zakresie	-30°C - 160°C

Parametry miernika pojemności i zawartości faz:

Zasilanie	24V 2W
Zakres zawartości fazy ciekłej co najmniej w zakresie	80-100%
Zakres zawartości fazy gazowej co najmniej w zakresie	0-20%
Dokładność co najmniej	0,1%

Okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: w terminie 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

