

**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/U/ApBad/2025****Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie młynków hydrometrycznych - wynajęcie basenu/kanatu umożliwiającego wzorcowanie młynków hydrometrycznych stanowiących wyposażenie terenowego laboratorium do badania turbin i pomp.

Wymagania:

Basen powinien umożliwiać przeprowadzenie wzorcowania młynków hydrometrycznych. W związku z tym basen powinien być wyposażony w wózek jezdny umożliwiający poruszanie się z prędkościami w zakresie od 0.1 do 5 m/s oraz montaż konstrukcji wsporczych/sond pomiarowych z zainstalowanymi młynkami hydrometrycznymi. Wózek jezdny powinien być wyposażony w układ pomiaru prędkości przemieszczania się umożliwiający podłączenie do systemu pomiarowego Zleceniodawcy. Błąd odczytu prędkości powinien być nie gorszy niż 0.0005 m/s, a stabilność prędkości wózka nie gorsza niż 0.005 m/s. Długość odcinka pomiarowego nie mniejsza niż 150 m, głębokość nie mniejsza od 5 m.

Oferta powinna obejmować niezbędną obsługę wózka jezdnego przez Oferenta oraz możliwość udziału w procesie wzorcowania i montażu co najmniej dwóch pracowników Zleceniodawcy. Ponadto oczekuje się, że Zleceniodawca będzie miał możliwość wstępnego montażu młynków hydrometrycznych w pomieszczeniu wskazanym przez oferenta z jednodniowym wyprzedzeniem w stosunku do uzgodnionego terminu wynajęcia basenu.

Oferta powinna obejmować możliwość wynajęcia basenu na 1 do 2 dni (w zależności od potrzeb) w uzgodnionym terminie.

W przypadku gdy basen zlokalizowany jest poza Trójmiastem, złożona oferta powinna uwzględniać koszt transportu konstrukcji wsporczej i młynków hydrometrycznych (z IMP PAN do basenu i z basenu do IMP PAN).

Termin wykonania zamówienia: wynajem będzie dotyczył 1-2 dni (w zależności od potrzeb) w uzgodnionym terminie nie później niż do 07-03-2025.

