



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/D/ApBad/2024

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 2 sztuk przepływomierzy magnetycznych do wody DN25

Specyfikacja techniczna:

Przepływomierze magnetyczne do wody DN25 – 2 sztuki, o następujących parametrach:

- Zakres pomiarowy: 0.5 m³/h to 263000 m³/h
- Maksymalny błąd pomiaru: nie większy niż $\pm 0.5\%$ o.r. ± 1 mm/s
- Zakres temperatury medium: -20 to $+90$ °C
- Wykonanie przyłączy procesowych: DN25 1", kołnierz luźny EN1092-1, PN 10, stal k.o.,
- Materiały przepływomierza: Elektrody 316L, Wykładzina PTFE
- Obudowa: aluminiowa, malowana, stopień ochrony IP68
- Zasilanie: 240V/24VAC/DC
- Wyjście: 4-20mA HART, wyjście impul./częstotl.
- Język obsługi: Polski
- Dodatkowo: WLAN

Informacje dodatkowe:

- Dostawa w ciągu 50 dni od dnia złożenia zamówienia.